

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651364204 / Fax: 2651070472
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 33/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση αριθμ. 33/2419/25-10-2023

Στα Ιωάννινα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 215), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 1/2/09-01-2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και των αριθμ. 251/19/02-01-2023, 86970/6175/31-05-2023 και 120134/8620/25-07-2023 αποφάσεων του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 169098/3299/23-10-2023 Πρόσκλησης του Προέδρου της.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής:

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Ψαθάς Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας, μέλος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, αν. μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Δημητρίου Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής, κ. Ριζόπουλος Σπυρίδων, Περιφερειακός Σύμβουλος.

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 23ο

Έγκριση διαδικασίας ανάθεσης Τμημάτων που κρίθηκαν άγονα κατά την διενέργεια του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου COOFHEA 2, του Προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, προϋπολογισμού € 26.204,85 πλέον ΦΠΑ.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α΄93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α΄241), το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134), το

- N. 4625/2019 (ΦΕΚ Α'139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α'197), το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α'87) και το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α'12).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4400/2016), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3878/2017) και 64818/17-06-2022 (ΦΕΚ Β' 3223/2022) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.
 3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {N. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
 5. Τις αριθμ. 29/1711/15-10-2021 και 6/386/10-03-2022 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης, των όρων αυτής, και ορισμού εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, για την Προμήθεια Εξοπλισμού αντιμετώπισης COVID-19 στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου COOFHEA 2 του Προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020.
 6. Την αριθμ. 2/8/02-02-2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 33 του Ν. 5013/2023, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου.
 7. Την αριθμ. 8/124/2023 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Ηπείρου, περί έγκρισης της 1^{ης} τροποποίησης της από 10 Μαΐου 2022 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων για την υλοποίηση του υποέργου με τίτλο: «Προμήθεια Εξοπλισμού αντιμετώπισης COVID-19 στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου COOFHEA 2 της Πράξης "Cooperation for Health 2- COOFHEA 2" του Προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020.
 8. Τις αριθμ. 20/1473/23-06-2023, 29/2225/20-09-2023 και 31/2291/06-10-2023 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης διενέργειας, κατάρτισης των όρων της διακήρυξης, συγκρότησης της Επιτροπής διενέργειας, έγκρισης των Πρακτικών Ι/19-09-2023, ΙΙ/19-09-2023 και 3^ο/05-10-2023 της Επιτροπής διενέργειας και κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, άνω των ορίων του Ν. 4412/2016, βάσει της αρ. πρωτ. 106423/7594/03-07-2023 και με Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 194656 Διακήρυξης, για την υλοποίηση του υποέργου «Προμήθεια εξοπλισμού αντιμετώπισης Covid-19» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου COOFHEA 2 του Προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 για τις ανάγκες του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, προϋπολογισμού € 378.220,98 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 468.994,01 € ΦΠΑ: 90.773,03 €) του έργου της ΣΑΕΠ 318/6 με Κ.Α. 2021ΕΠ31860004, που περιλαμβάνει εξοπλισμό των τμημάτων προηγούμενου σχετικού διαγωνισμού (με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 161453) που κατέληξαν άγονα, καθώς και συμπληρωματικού εξοπλισμού, βάσει της από 10-05-2022 Προγραμματικής Σύμβασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.
 9. Την εισήγηση της Δ/σης Διαφάνειας & Ηλ. Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 11403/18-10-2023 έγγραφο,

συνημμένο με αρ. πρωτ. 3276/19-10-2023 στον φάκελο εισηγήσεων Ο.Ε. 2023), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει κα εισηγείται τα εξής:

«... Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» ως τροποποιήθηκε και ισχύει
3. Το Π.Δ. 140/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» (Α' 233), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
4. Το Ν. 4456/2017 (Α' 24) και ιδίως του αρ. 54 «Προγραμματικές συμβάσεις για την ανάπτυξη των Δημόσιων Δομών Υγείας»
5. Την αριθμ. 29/1711/15.10.2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου με θέμα: «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, για την υλοποίηση του υποέργου «Προμήθεια Λοιπού Εξειδικευμένου Εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου COOFHEA 2», προϋπολογισμού € 1.256.000,00 με ΦΠΑ, του Προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 και ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης»
6. Την αριθμ. 6/386/10.03.2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου με θέμα: «Έγκριση τροποποίησης των όρων του Σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, για την υλοποίηση του υποέργου «Προμήθεια Λοιπού Εξειδικευμένου Εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου COOFHEA 2», προϋπολογισμού € 1.252.000,00 με Φ.Π.Α., του Προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα-Ιταλία 2014- 2020»
7. Την από 10 Μαΐου 2022 Προγραμματική Σύμβαση, που συνάφθηκε ανάμεσα στην Περιφέρεια Ηπείρου και το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, για την εκτέλεση του υποέργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ COVID-19 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ COOFHEA 2»
8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 53921/489/08-04-2022 (ΑΔΑ: Ψ8Χ47Λ9-ΛΟΞ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου
9. Την υπ' αριθμ. 8/124/23-06-2023 (ΑΔΑ: 6ΧΟΩ7Λ9-ΡΓΑ) απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί έγκρισης 1^{ης} Τροποποίησης της από 10 Μαΐου 2022 Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, για την υλοποίηση του υποέργου, με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ COVID-19 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ COOFHEA 2» της Πράξης “Cooperation for Health 2- COOFHEA 2” του Προγράμματος INTERREG V-A «ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020»
10. Την αρ. πρωτ οικ. 106423/7594/03-07-2023 Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της Περιφέρειας Ηπείρου (αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 194656)
11. Την αριθμ. 31/2291/06-10-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η κατακύρωση του ανωτέρω ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατέληξαν άγονα για δεύτερη φορά τα τμήματα 2, 16 και 17
12. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 165356/11326/17-10-2023 βεβαίωση της Περιφέρειας Ηπείρου ότι δεν εκκρεμούν ενστάσεις ή άλλα ένδικα μέσα, προσφυγές, αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων κ.λπ., κατά το μέρος το οποίο κατακυρώνει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, στους οικονομικούς φορείς, ανά Τμήμα της με Α/Α Συστήματος: 194656 Διακήρυξης
13. Τον κατεπείγον χαρακτήρα της προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων δεδομένου ότι το πρόγραμμα Προγράμματος INTERREG V-A «ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020» της πράξης COOFHEA2 στο πλαίσιο της οποίας υλοποιείται η εν λόγω προμήθεια, λήγει στο τέλος του έτους.

Παρακαλούμε για την έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού τμημάτων προηγούμενου σχετικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 194656) που κατέληξαν άγονα, ο οποίος καταγράφεται αναλυτικά στο παράρτημα της παρούσης, συνολικού προϋπολογισμού 26.204,85 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Ο προς προμήθεια εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου COOFHEA 2, του Προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 318/6 με Κ.Α. 2021ΕΠ31860004 και τίτλο «COOFHEA2 - MIS 5146074 - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», βάσει των αριθμ. πρωτ. 137373/15-12-2021 και 37391/08-04-2022 αποφάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

Η προμήθεια των ειδών θα γίνει κατ' εφαρμογή της παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν. 4412/2016, με τη διαδικασία του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

Οι ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις για τα υπό προμήθεια είδη, ως αναφέρονται στο παράρτημα Ι της παρούσης, παραμένουν οι ίδιες, ως τέθηκαν με την από 26-05-2023 οικεία εγκεκριμένη τεχνική έκθεση του ΠΓΝΙ και προκηρύχθηκαν με τον προηγούμενο ηλεκτρονικό διαγωνισμό (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 194656).

Ως Επιτροπή Αξιολόγησης ορίζεται η Επιτροπή του ανωτέρω αναφερόμενου ηλεκτρονικού διαγωνισμού.».

10. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου COOFHEA 2, του Προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, και συγκεκριμένα των Τμημάτων που κρίθηκαν άγονα κατά την διενέργεια των σχετικών ηλεκτρονικών διαγωνισμών με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 161453 και με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 194656, ήτοι: «Δύο (2) θάλαμοι νηματικής ροής, κλάσης II», εκτιμώμενης αξίας 16.129,03 €, πλέον Φ.Π.Α. 24%, «Μέσα ατομικής προστασίας & υγειονομικό υλικό (μάσκες υψηλής προστασίας FFP2)», εκτιμώμενης αξίας 2.011,30 €, πλέον Φ.Π.Α. 24% και «Ένας (1) υγρός κλίβανος (Μικροβιολογικό)», εκτιμώμενης αξίας 8.064,52 €, πλέον Φ.Π.Α. 24% και συνολικής δαπάνης € 26.204,85 πλέον ΦΠΑ,

με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 και κατ' εφαρμογή της παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν. 4412/2016, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα της προμήθειας δεδομένου ότι το πρόγραμμα Προγράμματος INTERREG V-A «ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020» της πράξης COOFHEA2 στο πλαίσιο της οποίας υλοποιείται η εν λόγω προμήθεια, λήγει στο τέλος του έτους.

Οι ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις για τα υπό προμήθεια είδη, όπως αναφέρονται στο συνημμένο στην παρούσα απόφαση, παράρτημα Ι παραμένουν οι ίδιες, ως τέθηκαν με την από 26-05-2023 οικεία εγκεκριμένη τεχνική έκθεση του ΠΓΝΙ και προκηρύχθηκαν με τον προηγούμενο ηλεκτρονικό διαγωνισμό (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 194656).

Δεδομένου του εξειδικευμένου χαρακτήρα της ως άνω προμήθειας, οι υποβληθείσες προσφορές θα ελεγχθούν ως προς την κάλυψη των οικείων τεχνικών προδιαγραφών, από την συγκροτηθείσα με την αριθμ. 20/1473/23-06-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, Επιτροπή Διενέργειας του προηγούμενου σχετικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 194656.

Η δαπάνη για την διενέργεια της ως άνω διαδικασίας ανάθεσης, θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 318/6 με Κ.Α. 2021ΕΠ31860004 και τίτλο «COOFHEA2 - MIS 5146074 - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», βάσει των αριθμ. πρωτ. 137373/15-12-2021 και 37391/08-04-2022 αποφάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Η Γραμματέας

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Ψαθάς Βασίλειος
3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
4. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
5. Κατέρης Ιωάννης
6. Καλούδης Βασίλειος
7. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα)
8. Ζάφας Γεώργιος
9. Δημητρίου Δημήτριος

Παράρτημα Ι

ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

| Είδος | Τεχνικές προδιαγραφές | Τεμάχια |
|---|--|---------|
| A1.«Θάλαμοι νηματικής ροής, κλάσης II» (CPV: 33100000-1) | <ul style="list-style-type: none"> Ο θάλαμος να είναι κάθετης νηματικής ροής, βιολογικής ασφάλειας Class II. Να είναι σύμφωνος με τους κανονισμούς ασφαλείας EN12469, και κατάλληλος για εργασία με παθολογικούς παράγοντες κατηγορίας A2. Ο πίνακας χειρισμού να διαθέτει οθόνη 3 χρωματικών ενδείξεων, στην οποία εμφανίζονται η κατάσταση λειτουργίας του θαλάμου καθώς και οι συναγερμοί. Η οθόνη να είναι ελαφρώς κεκλιμένη προς τον χειριστή, με σκοπό την βελτιστοποίηση της ορατότητας της από αυτόν. Το εσωτερικό του θαλάμου να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι 304L με στρογγυλεμένες ενώσεις διευκολύνοντας έτσι τον καθαρισμό του. Να φέρει δύο επίπεδα κωδικών ασφαλείας (χειριστή και τεχνικού) Η τράπεζα εργασίας να αποτελείται από αποσπώμενα μέρη τα οποία αφαιρούνται εύκολα για καθαρισμό και απολύμανση (μπορούν να αποστειρωθούν). Η οθόνη να διαθέτει 3 διαφορετικές χρωματικές ενδείξεις φωτισμού λειτουργίας δίνοντας την δυνατότητα στον χειριστή να διακρίνει εύκολα οποιαδήποτε μεταβολή της καταστάσεως του θαλάμου (πράσινη οθόνη : ασφαλή λειτουργία θαλάμου, κίτρινη οθόνη : λειτουργία UV , κόκκινο : μη πλήρωση των προδιαγραφών λειτουργίας). Να διαθέτει λειτουργία ECO mode, μία οικονομική λειτουργία η οποία να επιτρέπει στο θάλαμο να τρέχει σε χαμηλή ταχύτητα με σκοπό την προστασία του δείγματος, ενώ ο χειριστής κάνει άλλες εργασίες. Να διαθέτει πλαϊνά τζάμια που επιτρέπουν την καλύτερη παρατήρηση του χώρου εργασίας. Το μπροστινό τζάμι να έχει κλίση 100 που επιτρέπει την καλύτερη τοποθέτηση του σώματος του χρήστη και να διαθέτει μηχανισμό για εύκολη ανύψωση του και με το ένα χέρι. Στην οθόνη λειτουργίας να μπορεί να εμφανίζεται το ποσοστό % κορεσμού του φίλτρου έτσι ώστε ο χειριστής να μπορεί να διακρίνει εύκολα πότε χρειάζεται αντικατάσταση των φίλτρων, καθώς και οι πληροφορίες των αισθητηρίων ταχύτητας ροής αέρα (εξόδου αέρα, εισόδου αέρα, ταχύτητα κάθετης νηματικής ροής) σε πραγματικό χρόνο. Να διαθέτει οπτικό και ακουστικό συναγερμό για τα εξής: <ul style="list-style-type: none"> Υπερβολική ή ανεπαρκής ροή αέρα νηματικής ροής. Υπερβολική ή ανεπαρκής εισροή αέρα τροφοδοσίας. Βλάβη τροφοδοσίας. Εμπρόσθιο παράθυρο ανοιχτό ή έχει αφαιρεθεί. Ενεργοποιημένη λάμπα UV Να διαθέτει δύο (2) HEPA H14 φίλτρα με ικανότητα κατακράτησης καλύτερη από 99,999% (D.O.P. TEST), για σωματίδια μεγαλύτερα από 0,3 μm. Να διαθέτει δύο φυγοκεντρικά μοτέρ (fan). Η αναλογία κυκλοφορούντος και εξερχόμενου αέρα, να είναι σε αναλογία 70 - 30% ακολουθώντας τις διεθνείς προδιαγραφές. Να διαθέτει φωτισμό εντάσεως > 1000 lux. Να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής 4 γλωσσών (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ισπανικά). Το εμπρόσθιο τμήμα, να μπορεί να σηκωθεί ώστε να υπάρχει πλήρης πρόσβαση στο εσωτερικό του θαλάμου. Η πρόσβαση σε όλα τα σημεία συντήρησης του θαλάμου (όπως η αντικατάσταση των φίλτρων του), να είναι από το εμπρόσθιο μέρος του Να διαθέτει αισθητήριο που μετρά διαρκώς την ροή στον χώρο εργασίας και ρυθμίζει τις στροφές του κινητήρα. Να διαθέτει 2 εσωτερικές πρίζες. Να διαθέτει λάμπα UV με χρονοδιακόπτη λειτουργίας. Να μπορεί να δεχτεί βαλβίδα κενού και βαλβίδα αερίου με ηλεκτροβαλβίδα ασφαλείας. Να μπορεί να δεχτεί βάση στήριξης. Το επίπεδο θορύβου να είναι < 58 db. Να διαθέτει ταχύτητα ροής αέρα 0,35 m/s και ρυθμό ροής 882m3/h | 2 |

| Είδος | Τεχνικές προδιαγραφές | Τεμάχια |
|--|--|---------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Να έχει εσωτερικές διαστάσεις περίπου 1260 x 600 x 580 mm (W x D x H). • Να έχει εξωτερικές διαστάσεις περίπου 1350 x 760 x 1260 mm (W x D x H). • Να λειτουργεί σε τάση 220 V/ 50 Hz. | |
| A2.«Υγρός κλίβανος (Μικροβιολογικό)» (CPV:33191100-6) | <ul style="list-style-type: none"> • Να είναι χωρητικότητας 80 lt. • Να είναι κατακόρυφου τύπου. • Να έχει εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος +5 έως 132ο C. • Να διαθέτει χρονοδιακόπτη 99 h και 59 sec με ρύθμιση του χρόνου έναρξης και λειτουργίας. • Να διαθέτει μανόμετρο για την ένδειξη της πίεσης. • Να διαθέτει βαλβίδα ασφαλείας για αυτόματη εκτόνωση της πίεσης. • Να διαθέτει σύστημα ασφαλείας που δεν επιτρέπει στην πίεση να ξεπεράσει το μέγιστο όριο. • Να διαθέτει λειτουργία για αποστείρωση υγρών ή στερεών. • Να διαθέτει οθόνη LCD. • Το εξωτερικό μέρος είναι βαμμένο στο φούρνο με εποξική ρητίνη. • Όλα τα μέρη που έρχονται σε επαφή με το νερό να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI - 304. • Να ελέγχει συνεχώς μέσω μικροεπεξεργαστή όλες τις παραμέτρους λειτουργίας. • Να διαθέτει οπτικό και ακουστικό σύστημα συναγερμού για αποκλίσεις από την επιθυμητή θερμοκρασία. • Η πόρτα ασφαλείας ανοίγει μόνο όταν η θερμοκρασία και η πίεση είναι αρκετά χαμηλά μέσα στον θάλαμο. • Να διαθέτει ηλεκτρονικό αισθητήρα για την ασφάλεια της πόρτας. • Να διαθέτει σύστημα έλεγχου χαμηλής στάθμης νερού για ασφαλή λειτουργία των θερμαντήρων. • Να διαθέτει ειδικό μηχανισμό συμπίκνωσης ατμού ώστε να μην απελευθερώνεται απευθείας ο ατμός έτσι ώστε να προστατεύει τον χρήστη από επικίνδυνη υψηλή θερμοκρασία ατμού. • Να διαθέτει ρόδες για εύκολη μετακίνηση. • Να συνοδεύεται από 2 καλάθια. • Να είναι σύμφωνο με τους κανονισμούς CE – MDD (CE 0470-οδηγία για τις ιατρικές συσκευές). | 1 |
| A3.«Μέσα ατομικής προστασίας & υγειονομικό υλικό (μάσκες υψηλής προστασίας FFP2)» (CPV: 33140000-3) | <ul style="list-style-type: none"> • Μέσα ατομικής προστασίας & υγειονομικό υλικό (μάσκες υψηλής προστασίας FFP2) | 20.112 |

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Να φέρει CE Mark. Να κατατεθεί το σχετικό πιστοποιητικό στην τεχνική προσφορά.
2. Στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς να κατατεθούν πιστοποιητικά ISO 13485 τόσο του προμηθευτή όσο και του κατασκευαστή.
3. Το μηχάνημα να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον δυο (2) ετών.
4. Υπεύθυνη δήλωση για κάλυψη του μηχανήματος με ανταλλακτικά και υπηρεσίες συντήρησης για δέκα (10) τουλάχιστον χρόνια.
5. Να υποβληθεί φύλλο συμμόρφωσης με λεπτομερή αναφορά σε κάθε παράγραφο των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης και αντίστοιχες παραπομπές σε επίσημα prospectus ή βεβαιώσεις του κατασκευαστικού οίκου.
6. Υπεύθυνη δήλωση ότι θα υποβάλλει τα Service και User Manuals σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
7. Υπεύθυνη δήλωση ότι θα πραγματοποιήσει αναλυτική εκπαίδευση σε ηλεκτρονικό του Νοσοκομείου στην συντήρηση και στον ποιοτικό έλεγχο του μηχανήματος.
8. Υπεύθυνη δήλωση ότι θα πραγματοποιήσει αναλυτική εκπαίδευση του ιατρικού και τεχνολογικού προσωπικού στην βέλτιστη χρήση του μηχανήματος.